



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach**

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/10/15/122

Oborniki, dnia 10.08.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/10/15

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro **na dostawę materiałów higienicznych i sprzętu medycznego**, ogłoszonego w dniu 05.08.2015r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 31 i 45

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach dokonuje sprostowanie udzielonych w dniu 07.08.2015r odpowiedzi na zapytania nr 31 i 45, znak pisma ZPDK/10/15/120.

Odpowiedź nr 31: Pakiet 7, pozycja 10: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200 x 150 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

~~**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**~~

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwety w rozmiarze 200 x 150 cm.

Odpowiedź nr 45: **Pakiet 8, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha przedniego szerokość 87 cm x wysokość 150 cm, wykonany z folii LDPE i grubości 40µm, pakowanego w zrywkę 25 szt. z zawieszka, w kolorze niebieskim?

~~**Odpowiedź: Tak.**~~

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie fartucha pakowanego w zrywkę 25 szt. z zawieszka.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA III

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

74. Pytanie nr 1 dotyczy pkt IV SIWZ – termin wykonania zamówienia:


Czy w związku z koniecznością sprowadzania asortymentu objętego zamówieniem z zagranicy, wyrazi zgodę w zakresie Pakietów nr 14,15 na zmianę terminu realizacji dostawy do 28 dni od chwili otrzymania pisemnego zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w SIWZ ust. IV pkt 2 dodaje **ppkt c)** o treści: „**do lub powyżej 28 dni od dnia złożenia zamówienia – dot. Pakietów nr 14 i 15**”
W Formularzu oferty ust. 4 dodaje się **pkt c)** o treści: „..... **dni od złożenia zamówienia – dot. Pakietów 14 i 15 (określić: max 28 dni – 3 pkt; od 29 dni i wyżej – 1 pkt - należy wybrać liczbę dni i wpisać w wykropkowane miejsce)**”

75. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści następujące obłożenie porodowe:



1. serweta chirurgiczna do porodu o wymiarach 120x120 cm, posiadająca warstwę chłonna o wymiarach 80x50 cm. Serweta wyposażona w worek z sitem do przechwytywania płynów o wymiarach 86x56 cm, z możliwością podłączenia drenu	120x120	1
2. serweta - owinięcie noworodka	80x90	1
3. osłona na kończynę	37x105	2
4. fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, posiada nieprzemakalne wstawki w przedniej części i w rękawach	XL	1
5. taśmy samoprzylepne	9x49	2
6. ręczniki chłonne	30x40	2
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x100	1

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego obłożenia.

76. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6A (po modyfikacji) :

Pozycja nr 1, 2: Czy Zamawiający oczekuje fartuchów wykonanych z włókniny typu Sontara?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6A (po modyfikacji) :

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści rozmiary fartuchów L, LL, XL i XLL przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

78. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 3: Czy Zamawiający oczekuje serwety z wycięciem w kształcie U w rozmiarze: -150 x 100 cm lub 150x150 cm lub 150 x 200 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje serwety w rozmiarze 150x200 cm.


79. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 6: Czy zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozm. 17 x 250 cm ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

80. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści następujące obłożenie do operacji kończyn:




1. serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynach, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm).....	200x300	1
2. serweta chirurgiczna.....	140x190	1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną (folia PE)	75x75	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	2
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

81. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 9:

Czy Zamawiający dopuści następujące obłożenie do operacji stawu biodrowego:




1. serweta chirurgiczna góra z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny.....	240x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z samoprzylepnym wycięciem U (20x100 cm).....	200x250	1
3. ręczniki chłonne	18x25	4
4. osłona na stolik MAYO	79x145	1
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

82. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 10:

Czy Zamawiający dopuści następujące obłożenie do operacji stawu biodrowego:



1.	serweta chirurgiczna góna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny	150x240	1
2.	serweta chirurgiczna dolna z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną.....	200x290	1
3.	osłona na kończynę	37x105	1
4.	taśmy samoprzylepne	9x49	3
5.	ręczniki chłonne	30x40	2
6.	osłona na stólik - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

83. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 12: Czy zamawiający dopuści aby w zestawie do cięcia cesarskiego taśmy samoprzylepne były w rozm. 9x49 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 (po modyfikacji):

Pozycja nr 13: Czy zamawiający dopuści taśmy samoprzylepne w rozm. 9x49 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

85. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 7 :

Pozycja nr 9: Czy zamawiający dopuści serwetę w rozm. 100 x150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


86. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 7 :

Pozycja nr 10: Czy zamawiający dopuści serwetę w rozm. 150 x200 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

87. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 7 :

Pozycja nr 12: Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw serwet uniwersalnych:



1. serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet nr 20

Pozycja nr 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w rozmiarach 9F, 12F, 14F? Podane przez Zamawiającego rozmiary nie są dostępne.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do nefrostomii w opisanych rozmiarach.

Dyrektor
mgr Małgorzata Ludzkowska