



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/06/16/17/03

Oborniki, dnia 05.01.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/06/16

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, implantów, narzędzi chirurgicznych i innych dla SP ZOZ w Obornikach, ogłoszonego w dniu 01.12.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr III Z DNIA 04.01.2017r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonych w dniu 04.11.2017r, dotyczy odpowiedzi nr 224 i 226.

224. Dotyczy Pakietu nr 90, poz. 26, 31

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź powinna brzmieć: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 26 i 31 zaoferowania szwu z igłą okrągłą. Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycjach zgodnie z zapisami SIWZ, tj. materiału szewnego z igłą okrągłą czarną.

225. Dotyczy Pakietu nr 90, poz. 35, 36, 38

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści do przetargu igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wymienionej zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź powinna brzmieć: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły okrągłej z tnącym ostrzem tylko w pozycji 35. w pozycjach 36 i 38 Zamawiający wymaga jak w SIWZ, igły wzmocnionej, okrągłej – tnącej.

DYREKTOR

/-/

mgr Małgorzata Ludzkowska

