



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/07/22/215

Oborniki, dnia 03.10.2022r.

Wg rozdzielnika

**Znak sprawy: ZPD/07/22**

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Dostawa materiałów higienicznych przez okres 24 m-cy dla SP ZOZ Oborniki – powtórka” opublikowanego w dniu 29.09.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00364038/01.

## ODPOWIEDZI

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 25 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

### 1. Pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

- 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 pionowa serweta izolacyjna 330x240cm, otwór z folią chirurgiczną 86x25cm, kieszeń
- 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### 2. Pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

- 1 wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 1 serweta chirurgiczna o wym. 150/370x280cm z elastycznym otworem na dłoń (Ø 3,5 cm), otoczonym warstwą chłonną wyposażona w dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP
- 1 wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### 3. Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w skład którego wchodzi:

- 1 osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm
- 4 ręcznik chłonny 18x25cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm
- 2 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 90x75cm
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 175x175cm
- 1 serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną 240x150cm
- 1 serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### 4. Pakiet 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety chirurgicznej do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadającej samouszczelniający otwór (Ø 3,5cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów?

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### 5. Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, minimalnie różniącego się od opisanego w SWZ?

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 2 serwety przylepne 75 x 90 cm
- 1 serweta przylepna 180 x 180 cm
- 1 serweta przylepna 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

### 6. Dotyczy Pakietu 6

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego bez wzmocnienia zgodnego z SWZ z następującymi różnicami:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m2
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m2 (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w

Europie

- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m<sup>2</sup>- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

#### 7. Dotyczy Pakietu 6

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnoochronnego fartucha chirurgicznego ze wzmocnieniem o następujących parametrach:

- oddychająca bawełnopodobna mieszanka celulozy i poliestru- włóknina Spunlace 68 g/ m<sup>2</sup>
- mankiet o długości 7,5 cm z poliestrowej włókniny z antyalergicznym certyfikatem OEKO ® Standard 100 o gramaturze 248,15 g/ m<sup>2</sup> (oświadczenie producenta fartucha)
- na fartuchu w miejscu widocznym przed rozłożeniem nadruk rozmiaru oraz informacji o produkcji w Europie
- kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m<sup>2</sup>- owinięty w papier krepowy
- odporność na wypychanie na sucho: min. 242 kPa
- odporność na wypychanie na mokro: min. 221 kPa
- pylenie 3,6 log 10 (liczba cząstek)
- odporność na przenikanie cieczy w obszarach wzmocnionych min. 175 cm H<sub>2</sub>O, w obszarze niewzmocnionym min. 22,5 cm H<sub>2</sub>O
- odporność na penetracje mikrobiologiczną na mokro 2,05 CFU/ 100 cm (norma 13795 określa wymagania dla obu stref: =< 300, czyli max. 300 CFU/ 100 cm) - kolor niebieski, pakowany z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi 43 x 30 cm o gramaturze 67 g/ m<sup>2</sup>- owinięty w papier krepowy
- dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

#### 8. Pakiet nr 1

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego o składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta polietylenowa pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przezroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia

Obłożenie pacjenta wykonane z przezroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną wzmocnioną do zabiegów na kończynie dłoń/stopa 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm umieszczonym decentralnie ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>, z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia oświadczeniem producenta wyrobu gramatury mankietów oraz od wymogu gramatury mankietów- parametr ten nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe fartucha.

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniami w części przedniej fartucha i na rękawach, z oznakowaniem rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalającej na identyfikację przed rozłożeniem? Odporność na wypychanie na sucho/ mokro 123/112 kPa w strefie mniej krytycznej, 161/153 kPa w strefie krytycznej; odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro ≤ 100 CFU/100 cm<sup>2</sup>; pylenie min. 3,3 Log 10; odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110 cm H<sub>2</sub>O, w obszarze mniej krytycznym 26 cm H<sub>2</sub>O. Fartuch dostępny w rozmiarach S/M, L, XL, XXL, XLL. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy

Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia oświadczeniem producenta wyrobu gramatury mankietów oraz od wymogu gramatury mankietów- parametr ten nie ma żadnego wpływu na walory użytkowe fartucha.

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

### 13. Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>.

Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?



Odpowiedzi: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

### 14. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm

Serweta wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>.

Ośłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?



Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 230cm x 300cm, wzmocniona z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3.5cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?



Odpowiedzi: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach?

- jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>
- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, min. 7,5cm
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm,
- 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep
- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania
- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>
- fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm
- odporność na przenikanie cieczy 226 cm H<sub>2</sub>O,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 268,9 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 141,5 N.
- opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3
- dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

Odpowiedzi: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższych parametrach?

- jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, oddychającej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>
- wzmocniony na przedramieniu, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym laminatem o gramaturze min. 38 g/m<sup>2</sup>
- rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, min. 7,5cm
- tylne części fartucha zachodzą na siebie
- posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm
- 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego
- dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep
- szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu
- oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania
- do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>

- fartuch wraz z rękawkami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm
- odporność na przenikanie cieczy 246,2 cm H<sub>2</sub>O
- wytrzymałość na wypychanie na sucho 288,9 kPa
- wytrzymałość na rozciąganie na mokro 161,5 N - parametry dla strefy krytycznej
- pakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej.
- spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3
- dostępny w rozmiarach: M, L, XL, XXL?

Odpowiedzi: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach  
*mgr Małgorzata Łutzkowska*