



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

adres e-Doręczeń: AE:PL-65598-16106-ABGTJ-20

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZOD/07/26/09

Oborniki, dnia 29.04.2026r

Znak sprawy: ZOD/07/26

Dot. Postępowania na **doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Oborniki**, ogłoszonego w dniu 27.04.2026r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz BK2021.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. dot. części - Gwarancja, pkt. 17, 18

Czy w związku z tym, że producent oferowanego urządzenia - nie przewiduje konieczności przeprowadzania kalibracji i przeglądów technicznych, czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności przeglądów w okresie gwarancyjnym, co mogłoby mieć wpływ na wartość oferowanego produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zrezygnuje z konieczności przeglądów w okresie gwarancyjnym po otrzymaniu oświadczenia od producenta.

2. Dot. Pakiet nr 3

Czy zamawiający oczekuje urządzenia pracującego w technologii saturacji mierzącej pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji (oznaczanej już od 0,02%) dzięki eliminacji artefaktów ruchowych, poprzez odcięcie sygnału z krwi żyłnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy: Pakiet nr 1 i pakiet nr 2

„Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego”

Czy zamawiający dopuści wyłączenie z obowiązku wymiany elementu/podzespołu na nowy w zakresie elementów typowo eksploatacyjnych jak np. kable i mankiety? Pozostawienie zapisu pozostawia na wykonawcy wysokie ryzyko zapewniania nieskończonej ilości elementów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający informuje, iż elementy typowo eksploatacyjne np. kable i mankiety są wyłączone z obowiązku wymiany.

4. Dotyczy: Pakiet nr 1 i pakiet nr 2

„Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego”

Czy zamawiający dopuści czas reakcji serwisu na zgłoszenie do 48 godzin, a czas naprawy do 6 dni i 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza czas reakcji na zgłoszenie do 48h, a czas naprawy do 6 dni i 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Zapis zostanie zmodyfikowany.

5. Pakiet nr 3 – pulsoksymetry

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy pulsoksymetr z wytrzymałą obudową, odporny na upadki z wysokości **1,8 m** na twardą powierzchnię ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z wytrzymałą obudową, odporny na upadki z wysokości 1,8 m na twardą powierzchnię, poza tym pozostałe parametry zgodne z SWZO.

6. Pakiet nr 1 – Holter EKG

Pytanie 1. Czy w punkcie 2 opisu wymaganych parametrów technicznych dla holtera ekg nie doszło do omyłki pisarskiej w stwierdzeniu:

„(...) umożliwia rejestrację pracy serca od 24 do 7 dni.” ? Czy Zamawiający miał na myśli: od 24 godzin do 7-dni dni ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli od 24h do 7 dni.

ZMIANY W SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ. Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. W załączniku nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 jest:

Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK	
--	-----	--

Powinno być:

Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. <u>Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi do 48 godzin, a czas naprawy do 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego.</u> Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.	TAK	
---	-----	--

2. W załączniku nr 6 §4 ust. 5 jest:

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Powinno być:

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi do 48 godzin, a czas naprawy do 6 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 14 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii

sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokumentem odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

Opis i zestawienie parametrów technicznych - załącznik nr 2.1-2.3

Wzór umowy – załącznik nr 6

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I
NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

