



# Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax: (0-61) 29-60-079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info  
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZODK/11/21/35

Oborniki, dnia 19.07.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/11/21

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na dostawę akcesoriów do sterylizacji oraz strzykawko-probówek, multi-adapterów i kapilarów dla SP ZOZ Oborniki.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZ. III

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania:

### PYTANIE NR 12

Pakiet nr 2. poz. 8. Ze względu na różne opakowania handlowe zwracamy się z prośbą o rozdzielnie pozycji 8 na pod pozycję 8.1 Kapilary oraz 8.2 Mieszadełka 8.3 Zatycki

**Odpowiedź: Pakiet nr 2 nie zawiera pozycji nr 8. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca miał na myśli Pakiet nr 2 A poz. 1.**

**Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Pakietu nr 2A w sposób następujący tj. podzieli pozycję nr 1 na część 1; 1.1 oraz 1.2. przy czym Zamawiający wymaga, aby podzielona pozycja tworzyła ze sobą kompatybilny zestaw składający się z tych trzech elementów.**

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

### Załączniki:

załącznik nr 2 – Pakiet nr 2A po modyfikacji

Z up. Dyrektora  
SP ZOZ Oborniki  
*mgr Maria Sak*

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet nr 2A - Kapilary

LP	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy	nazwa handlowa
1	Kapilary do gazometrii z krwi włośniczkowej noworodka; 2,30 x 100 mm pojemność – 175ul, w zestawie kompatybilnym z poz. 1.1 oraz 1.2	500	szt								
1.1.	Zatyczki	1000	szt								
1.2	Mieszadełka	500	szt								
<b>RAZEM</b>											
						X			X	X	X

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Wezwania Wykonawcy w trakcie badania ofert aby w wyznaczonym terminie dostarczył próbki wskazanego przez Zamawiającego asortymentu w celu sprawdzenia zgodności zaoferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia
2. wymagania od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy przeprowadzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego personelu medycznego w przypadku sprzętu nieznanego wcześniej Zamawiającemu.