

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach**

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZODK/15/24/19

Oborniki, dnia 12.11.2024r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/15/24

Dot. zapytania ofertowego: **materiałów higienicznych przez okres 24 m-cy dla SP ZOZ Oborniki dla SP ZOZ Oborniki** ogłoszonego w dniu 08.11.2024r. na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, udziela odpowiedzi na złożone zapytania do Zapytania ofertowego:

1. Pakiet nr 1 Pozycja 2-9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylne serwetki wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 1 Pozycja 8 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetki bez taśmy lepnej w rozmiarze 90 x 150 cm – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza parametry zgodnie z SWZO.

3. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetkę Mayo o odporności na penetrację płynów (zgodnie z normą EN 20811) 185 cm H₂O oraz odporność na rozzerwanie na sucho 231 kPa / na mokro 225 kPa/ Zgodnie z normą EN 13938-1, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści.

4. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę nieprzylepną w rozmiarze 50x70cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza parametry zgodnie z SWZO.

5. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę przylepną w rozmiarze 50 x 60 cm?

Odpowiedź: Tak , Zamawiający dopuści.

6. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę przylepną w rozmiarze 75 x 75 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

7. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetkę przylepną w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści.

8. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o odporności na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, odporności na wypychanie na sucho 108 kPa oraz na mokro 95 kPa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

9. Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

10. Pakiet 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z materiału dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m².

- 1x serweta o wymiarach 250cm x 300cm zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wysokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm,
- 1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 50cm x 60cm
- 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,
- 1 x taśma lepna 10cm x 50cm,
- 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,
- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 77g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 37 g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m² i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza parametry zgodne z SWZO.

11. Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Z osobno zapakowaną serwetą na stolik mayo?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza parametry zgodne z SWZO.

12. Pakiet nr 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Serwety na stolik MAYO o rozmiarze 80 x145 cm, obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z normą EN 20811) min.240cm H₂O oraz odporność na rozerwanie na sucho min.344kPa / na mokro min.206kPa/ Zgodna z normą EN 13938-1


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

13. Pakiet nr 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Serwety sterylnej 50 x 60 z przylepcem wokół otworu $\Phi 7\text{cm}$. Gramatura 62g/m², laminat dwuwarstwowy PP+PE 62 g/m². Zgodna z normą EN 13795-1:2019?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści.

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIAŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I
NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska