

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZODK/01/19/03

Oborniki, dnia 19.01.2019r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/01/19

Dot. zapytania ofertowego na dostawę wózka oddziałowego, do rozwożenia leków i przewozu potraw, stolika zabiegowego i przyłóżkowego oraz materaca zmiennociśnieniowego

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet nr 2

Wózek do rozwożenia leków

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o wysokości 890 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o szerokości 660 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków z miskami wykonanymi ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 3

Stolik zabiegowy

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o wysokości 890 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o szerokości 805 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie nie wpływając na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


3. Pakiet nr 5

Wózek do przewozu potraw

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie z czego ma być wykonany stelaż wózka do rozwożenia potraw. W punkcie 3 parametrów technicznych do pakietu nr 5 określono wymóg wykonania wózka w całości ze stali kwasoodpornej. Natomiast w punkcie 6 parametrów technicznych określono stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo. Zatem oba te punkty wykluczają się wzajemnie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska