

**Projekt: "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" rozszerzony o Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19**

**Zakup wózków do transportu zwłok oraz wózka do transportu pacjentów**

**ZO/D/03/22**

załącznik nr 2.1 do SWZO

**Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych**

**Wózek do transportu zwłok**

**Pakiet Nr 1**

Lp.	Parametry techniczne / opis	Parametry wymagane	Odpowiedź
1.	Wózek wyprodukowany min. w 2021 roku, nie powystawowy ; Nazwa ..... typ..... Producent.....	TAK/podać	
2.	Wózek do przewożenia zwłok z regulacją wysokości leża	TAK/podać	
3.	Wózek do transportu zwłok po drogach wewnętrznych szpitala tj. z budynków szpitalnych do prosektorium – kółka pełne lane o konstrukcji pozwalającej na sprawne przemieszczanie się po drodze zewnętrznej szpitala	TAK/podać	
4.	Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 o wysokiej odporności na korozję z uwagi na środowisko użytkowania – stała dezynfekcja , promienie UV miejsce użytkowania: prosektorium i post mortum (środowisko niskich temperatur i wilgotności )	TAK/podać	
5.	Wózek wyposażony w tace kompatybilne z tacami z tacami komory chłodniczej KZR – 4.1 zdejmowane leże z uchwytyami po bokach	TAK/podać	
6.	Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego/korbowego w zakresie 630-950 mm(+/- 30 mm)	TAK/podać	
7.	Układ jezdnny wózka: 4 koła o średnicy min. 250mm, 2 z blokada ,kółka lane, łożyska toczne-kulkowe dostosowane do transportu po drogach zewnętrznych szpitala	TAK/podać	
8.	Wymiary wózka: 2100 x 750 mm (+/-50 mm)	TAK/podać	
9.	Do każdego wózka taca na zwłoki , zagłębiona wykonana w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9, z uchwytyami do przenoszenia od czoła. Wymiary tacy : 2100 x 600 x 60 mm(+/-20 mm)	TAK/podać	

10.	Pokrywa na tacę wykonana z materiału dwustronnie zmywalnego odpornego na środki dezynfekcyjne, stelaż wykonany w całości ze stali kwasoodpornej. Pokrywa wyposażona w cztery uchwyty (dwa po obu bokach). Pokrywa kompatybilna z tacą, z mocowaniami uniemożliwiającymi przesunięcia.	TAK/podać	
<b>WARUNKI GWARANCJI</b>			
11.	Gwarancja 36 m-cy	TAK/podać	
12.	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK/podać	
13.	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK/podać	
14.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK/podać	
15.	Punkty serwisowe	TAK/podać	
16.	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Przeprowadzenie testów poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi sprzętu w cenie oferty	TAK/podać	
17.	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi,	TAK/podać	

	użytkowania w języku polskim		
18.	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK/podać	

1. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZO dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku „TAK – warunek wymagany”, spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....  
Pieczeń i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy