

Projekt: "Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań" rozszerzony o Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

Zakup wózków do transportu zwłok oraz wózka do transportu pacjentów

ZO/D/03/22

załącznik nr 2.2 do SWZO

Opis i zestawienie warunków i parametrów technicznych

Wózek do transportu pacjentów

Pakiet Nr 2

Lp.	Parametry techniczne / opis	Parametry wymagane	Odpowiedź
1.	Nazwa oferowanego urządzenia: Producent:..... Typ: Rok produkcji: min. 2021	TAK/podać	
2.	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	TAK/podać	
3.	Szerokość całkowita: 840 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2160 mm (± 30 mm) Materac o wymiarach 2000x700mm	TAK/podać	
4.	Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 440 - 820 mm (± 30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka.	TAK/podać	
5.	Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 0° - 12° ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna	TAK/podać	
6.	Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0° - 12° ($\pm 2^{\circ}$) – regulacja płynna	TAK/podać	
7.	Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezglowia i nóg. Nie dopuszcza się regulacji przechyłów wzdłużnych dostępnych z boku wózka oraz regulowanych nożnie.	TAK/podać	
8.	Leże dwusegmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG	TAK/podać	
9.	Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia	TAK/podać	
10.	Pod leżem listwa aluminiowa o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka).	TAK/podać	

11.	Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 750 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej.	TAK/podać	
12.	Szczyty wózka chromowane z tworzywowymi wstawkami. Szczyty z możliwością blokady podczas transportu.	TAK/podać	
13.	Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° ($\pm 3^\circ$) - regulacja płynna	TAK/podać	
14.	Wózek wyposażony w 6 krążków odbojowych w tym min. 4 dwuosiowe	TAK/podać	
15.	Barierki boczne o długości min. 1400 mm składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. Spełniające wymagania normy PN EN 60601-2-52	TAK/podać	
16.	Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym.	TAK/podać	
17.	Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża	TAK/podać	
18.	Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, materac składający się: - pianka poliuretanowa pokryta obiciem tapicerskim, - grubość materaca min. 8 cm.	TAK/podać	
19.	Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	TAK/podać	
20.	Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. Nie dopuszcza się osłony przymocowanej na stałe bądź demontowanej za pomocą narzędzi.	TAK/podać	
21.	Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole	TAK/podać	
22.	Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg	TAK/podać	
23.	Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary.	TAK/podać	

	WARUNKI GWARANCJI		
24.	Gwarancja 36 m-cy	TAK/podać	
25.	Bezpłatne przeglądy sprzętu wraz z wymianą zestawów serwisowych zalecanych przez Producenta i wpisem do paszportu. Harmonogram przeglądów winien być ustalany na koniec każdego roku pracy sprzętu.	TAK/podać	
26.	Zobowiązanie do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego elementu/podzespołu, których usunięcie związane będzie z wymianą części lub podzespołów. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 48 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia awarii sprzętu przez Zamawiającego. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o każdy kolejny dzień wyłączenia z użytku. Dokumentem potwierdzającym wyłączenie z użytku jest zgłoszenie awarii. Ponowne wprowadzenie przedmiotu zamówienia do użytku jest dokument odbioru naprawionego sprzętu podpisany przez Zamawiającego	TAK/podać	
27.	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat oraz gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat	TAK/podać	
28.	Punkty serwisowe	TAK/podać	
29.	Dostawa sprzętu do Zamawiającego. Montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Przeprowadzenie testów poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w miejscu instalacji w zakresie obsługi sprzętu w cenie oferty	TAK/podać	
30.	Dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi, użytkownika w języku polskim	TAK/podać	
31.	Deklaracja zgodności CE dołączona do oferty	TAK/podać	

1. W przypadku odniesienia w załączonej do SWZO dokumentacji do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

2. Nie spełnienie, chociaż jednego warunku „TAK – warunek wymagany,, spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....
Pieczeńć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy