

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach**

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZODK/15/24/20

Oborniki, dnia 13.11.2024r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/15/24

Dot. zapytania ofertowego: **materiałów higienicznych przez okres 24 m-cy dla SP ZOZ Oborniki dla SP ZOZ Oborniki** ogłoszonego w dniu 08.11.2024r. na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, udziela odpowiedzi na złożone zapytania do Zapytania ofertowego:

1. Zadanie 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik MAYO o odporności na penetrację płynów (zgodnie z normą EN ISO 811) min. 178 cm H₂O oraz odporność na wypychanie na sucho min 174 kPa / na mokro min. 179 kPa/ Zgodnie z normą EN 13938-1.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Zadanie 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5 g/m²).

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Zadanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem samoprzylepnym o średnicy 6 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Zadanie 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej przyklejanej na dłuższym boku o wymiarach 50 cm x 75 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5 g/m²)

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.


5. Zadanie 1, poz. 5,9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m² (+/-0,5 g/m²).

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I
NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach.
mgr Małgorzata Ludzkowska