



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

Oborniki, dn. 27.09.2016r.

L. dz. ZOUK/16/16/46

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOU/16/16

Dot. Zapytania ofertowego na dostawę materiałów higienicznych, bielizny pościelowej ogłoszonego w dniu 22.09.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info w zakładce zlecenia publiczne.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne wykonane z włókniny typu spunbond zawierającej 100 % polipropylenu o gramaturze min. 49 g/m², wykończonej antystatycznie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowane wyżej ubranie chirurgiczne.

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 8 serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?


Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 8 serwetę w rozmiarze 150 x 200 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 :


Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 następujące obłożenie do operacji kończyn:



1. serweta chirurgiczna do zabiegów na kończynach, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 7 cm).....	200x300	1
2. serweta chirurgiczna.....	140x190	1
3. serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepną (folia PE)	75x75	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	2
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza


5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 następujące obłożenie do operacji stawu biodrowego:



1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny.....	240x150	1
2. serweta chirurgiczna dolna z samoprzylepnym wycięciem U (20x100 cm).....	200x250	1
3. ręczniki chłonne	18x25	4
4. osłona na stolik MAYO	79x145	1
5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	140x190	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 następujące obłożenie do operacji stawu biodrowego:




1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny	150x240	1
2. serweta chirurgiczna dolna z wycięciem U o wymiarach 9x100 cm z taśmą samoprzylepną.....	200x290	1
3. osłona na kończyne	37x105	1
4. taśmy samoprzylepne	9x49	3
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. osłona na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

7. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 5 :

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 następujące obłożenie do ginekologii:



1. serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych dolnych o wymiarach 240/150x150 cm zintegrowana z nogawicami, posiada otwór samoprzylepny o wymiarach 10x15 cm w okolicach kroczu, oraz zintegrowaną kieszeń na płyny o wymiarach 30x30 cm wyposażoną w sztywnik	240/150x150	1
2. serweta chirurgiczna	75x90	1
3. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

8. Pakiet 3 pozycja 6,7,8,9

Czy Zamawiający wymaga aby jedną z warstw dwuwarstwowego laminatu stanowiła folia PE, zabezpieczająca przed przenikaniem płynów oraz mikroorganizmów patogennych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyżej.

9. Pakiet 3 pozycja 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 180 x150 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pakiet 3 pozycja 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 100 x150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyżej.

11. Pakiet 3 pozycja 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 200 x150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyżej.

12. Pakiet 4 pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyn o składzie:

- 1 x serweta na stół instrumentarium 150x200 cm
- 1 x osłona na stół Mayo
- 4 x ręczniki chłonne
- 1 x serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 x serweta operacyjna 150x200 cm
- 2 x taśma samoprzylepna do mocowania osłony na kończyne

1 x osłona na kończynę 22x75 cm

1 x serweta do operacji kończyn o wymiarach 220x320 cm, wyposażona w samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm, otoczony warstwą chłonną.

Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Pakiet 4 pozycja 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

1 x serweta na stół instrumentarium 150x200 cm

1 x osłona na stolik Mayo

4 x ręczniki chłonne

1 x serweta operacyjna 75 x 90 cm

1 x serweta operacyjna 150x200 cm

2 x taśma samoprzylepna do mocowania osłony na kończynę

1 x osłona na kończynę 33x116 cm

1 x serweta 220x260 cm z samoprzylepnym wycięciem U 6x90 cm, wzmocniona w strefie krytycznej.

1 x serweta samoprzylepna 240x175 cm

Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pakiet 4 pozycja 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie:

1 x serweta na stół instrumentarium 150x200 cm

1 x osłona na stolik Mayo

4 x ręczniki chłonne

1 x serweta operacyjna 75 x 90 cm

1 x serweta operacyjna 150x200 cm

2 x taśma samoprzylepna do mocowania osłony na kończynę

1 x osłona na kończynę 33x116 cm

1 x serweta 220x260 cm z samoprzylepnym wycięciem U 6x90 cm, wzmocniona w strefie krytycznej.

1 x serweta samoprzylepna 240x175 cm

Zestaw spełnia wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego podkładu chłonnego z możliwością transportu pacjenta do 150kg. Rozmiar 80 x 210cm (wkład chłonny 60x200cm – chłonność 1 litr).

Umożliwia zatrzymanie płyny oraz redukcję zapachu. Przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, oddychający, niejałowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w podkładu.

16. Pakiet nr 1, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z Pakietu nr 1 pozycje 2 i tworzy nowy pakiet pod nazwą „Pakiet nr 1.1.

Modyfikacja formularza cenowego w załączniku do niniejszego pisma.

17. Pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrania operacyjne rozmiar do wyboru S – XXL.
Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetę w rozmiarze 50 x 50cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetę w rozmiarze 150 x 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

20. Pakiet 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetę w rozmiarze 90 x 120cm lub 100 x 150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

21. Pakiet 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetę w rozmiarze 150 x 180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.


22. Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwetę głównej w rozmiarze 230 x 300cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:




wzmocniona serweta samoprzylepna z wycięciem "U" 20cm x 100cm	230cm x 260cm	1szt
wzmocniona serweta samoprzylepna	150cm x 240cm	1szt
wzmocniona serweta samoprzylepna	180cm x 180cm	1szt
wzmocniona serweta samoprzylepna	75cm x 90cm	2szt
ręcznik chłonny	30,5cm x 34cm	4szt
taśma samoprzylepna	10cm x 50cm	3szt
elastyczna osłona na kończyne	30cm x 120cm	1szt
bandaż elastyczny	10cm x 450cm	1szt
osłona na stolik Mayo	80cm x 145cm	1szt
serweta na stół instrumentalny	150cm x 190cm	1szt

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

24. Pakiet 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:



1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

+ osobno pakowana sterylna kieszeń samoprzylepna w rozmiarze 30cm x 40cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

25. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz połączenie drenażu

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

26. Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełno barierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 49 x 197cm (tolerancja +/- 1 cm).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

27. Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na aparat medyczny z mocnej przezroczystej folii w kształcie kuli ściągnięty gumką, w rozmiarze 140cm x 140cm – maksymalny rozmiar osłanianej aparatury 80cm x 80cm ?

Odpowiedź:

28. Pakiet 3 poz. 2,3,4,5

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze minimum 56g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza serwety o gramaturze minimum 56g/m².

29. Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

30. Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100cm x 150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

31. Pakiet 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

32. Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;

2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,

1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

4 ręczniki do rąk 40 x 40 cm

1 serweta główna 230 cm x 320 cm z samo uszczelniającym otworem (śr 7 cm) , dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu (część krytyczna pola operacyjnego)

2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

33. Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 OP Taśma 10 x 50 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

34. Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
- 2 OP Taśma 10 x 50 cm

Dodatkowo sterylna kieszeń pakowana osobno, a wszystko zapakowane razem w torbę foliową.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

35. Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 200 cm
- 2 ręczniki do rąk 30 cm x 40 cm
- 1 uchwyt typu Velcro
- 1 serweta ginekologiczna 200 cm x 250 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny oraz samoprzylepnym otworem 12 x 24cm i zbiornikiem na płyny wyposażony w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaoferowanego zestawu.

36. Pakiet 3, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 45cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

37. Pakiet 3, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38. Pakiet 3, pozycja 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zapisów umowy:

39. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

40. Czy Zamawiający dopuści zmianę, aby kara umowa w przypadku rozwiązania umowy naliczana była w wartości 5% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 30.09.2016r., godz. 10.00

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

mgr Małgorzata Ludzkowska