



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax: (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZODK/11/25/21

Oborniki, dnia 06.06.2025r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/11/25

Dot. zapytania ofertowego: **Zadanie nr 2: „Dostawa sprzętu dla POZ: analizator medyczny, aparat EKG mobilny, kozetka lekarska, lampa diagnostyczna bezcieniowa”** ogłoszonego w dniu 02.06.2025r. na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania :

1. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy zaakceptuje termin dostawy 8 tygodni dla zadań nr 3 (kozetka bariatryczna) oraz nr 4 (lampa zabiegowa mobilna) - taki termin realizacji aktualnie przekazali nam producenci.

Odpowiedź: Tak, zamawiający akceptuje i tym samym zmienia termin dostawy i realizacji zadania do 8 tyg od podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Czy zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła gdzie użytkownik nie musi wybierać pomiędzy tylko 4 poziomami intensywności co jest korzystniejsze dla użytkownika. W takim rozwiązaniu producent zastosował bezdotykową formę regulacji intensywności – nie potrzeba wtedy przycisków ani diód potwierdzających.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lampę o powyższych parametrach.

3. Zastosowanie zasilacza bez zapasu mocy skutkuje pracą z najwyższym obciążeniem a więc narażeniem zasilacza na szybszą awarię.

Uprzejmie proszę o zrezygnowanie z tego wymogu celem zapewnienia wyższej jakości co jest dla Państwa korzystniejsze.

Odpowiedź: Dopuszczamy zasilacz do lampy zabiegowej bez zapasu mocy.

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak