

**OPIS I ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
STOLIK PRZYŁÓŻKOWY Z BLATEM LUB BEZ BLATU**

Pakiet nr 4

Lp.	Opis parametrów	Wymagana wartości	Oferowane parametry (należy wpisać oferowane parametry z kolumny II)	
I	II	III	IV	V
			Opcja z dodatkowym blatem	Opcja bez dodatkowego blatu
1	1. Nazwa oferowanego sprzętu: 2. Producent/ kraj: 3. Typ/ model: 4. Rok produkcji: 2018	PODAĆ		
PARAMETRY OGÓLNE				
2	<u>Szafka z blatem:</u> Wymiary: wysokość 875 mm (+/- 30mm), szerokość całkowita 580 mm(+/- 30 mm), szerokość przy rozłożonym blacie 1160 mm (+/- 30mm) głębokość 445 mm (+/- 30mm), regulacja wysokości blatu bocznego 760 – 1110 mm (+/- 30mm)	<u>Szafka bez blatu:</u> Wymiary: wysokość 875 mm (+/- 30mm), szerokość 470 mm(+/- 30 mm), głębokość 445 mm (+/- 30mm)	PODAĆ	
3	Korpus wykonany z profili aluminiowych	TAK		
4	Ramki szuflad oraz boki szafki wykonane z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo,	TAK		
5	Blat górny, boczny oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu, blat środkowy z tworzywa typu ABS,	TAK		
6	Szuflady wysuwane na lekkobieżnych prowadnicach rolkowych,	TAK		
7	Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym.	TAK		
8	Odejmovany blat boczny umożliwia zastosowanie szafki z prawej lub lewej strony łóżka,	TAK		X
9	Regulacja wysokości blatu bocznego odbywa się płynnie i bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej, umieszczonej w aluminiowej obudowie,	TAK		X
10	Dwustronne pochylenie blatu bocznego umożliwia dodatkowe wykorzystanie jako podpórki do czytania,	TAK		X
11	Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki.	TAK		

12	Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ		
13	Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.	TAK PODAĆ		
14	Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki	TAK		
15	Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.	TAK		X
16	Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.	TAK PODAĆ		*bez dodatkowego piątego kółka
17	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach	TAK		
18	Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary.	TAK PODAĆ		
19	Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.	TAK		

W przypadku, gdy z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający przyjmuje w ofercie te przedmioty lub równoważne, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp po wcześniejszym porozumieniu się z Zamawiającym.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej