



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

adres e-Doręczeń: AE:PL-65598-16106-ABGTJ-20

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

BDO 000082299

L. Dz. ZOD/07/26/10

Oborniki, dnia 30.04.2026r

Znak sprawy: ZOD/07/26

Dot. Postępowania na **doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Oborniki**, ogłoszonego w dniu 27.04.2026r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet nr 3 Pulsoksymetr

Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o następujących parametrach:

Zakres pomiaru saturacji: 0-100%.

Zakres pomiaru tętna: 30-250 ud/min.

Dokładność: Bezruch: +/- 2%, ruch: +/- 3% przy 70-100% < 70%, nieokreślony

Idealnie nadaje się do stosowania na oddziałach intensywnej opieki medycznej, w przychodniach, izbach przyjęć, podczas transportu lądowego, w ratownictwie medycznym.

Ergonomicznie zaprojektowany, aby wygodnie mieścił się w dłoni.

Bateria polimerowa Li-Po 3,7V 4400mAh.

Czas pracy ponad 15 godzin po naładowaniu.

Jasny, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz LCD wskazuje procentowy pomiar SpO2, częstotliwość pulsu, pletyzmogram i zestawienie trendów.

Czujnik na palec (dla dorosłych, pediatryczny)

Ochrona przed kroplami-monitor-IP22

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym typ BF

Temperatura pracy +5 do +40 stopni C

Stacja dokująca do mocowania urządzenia i ładowania w tym samym czasie.

Wymiary: 78,5 x 158 x 31,5 mm

Waga: 250 g

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Prosimy o odstąpienie od zapisu: „czas zapisu danych: minimum 96 godzin.”

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstępuje od zapisu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska