

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 2 - Testy kontroli sterylizacji

Lp	Asortyment	Cena netto za 1 szt	Ilość na 17 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy
1	Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, do kontroli sterylizacji parą wodną, klasa 4, informacja o klasie testu i zgodności z Normą EN 867 umieszczoną na każdym teście.		17 000	szt						
2	Torebki ochronne z zamknięciem samoprzylepnym, pozwalające na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Wyklucza się umieszczenie znaku CE bezpośrednio na torebce Wydana przez producenta deklaracja zgodności: ISO 11607, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003/AC:2009; EN 868 cz 3, 5. Wymiar 20x30 cm		710	szt						
3	Torebki ochronne z zamknięciem samoprzylepnym, pozwalające na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Wyklucza się umieszczenie znaku CE bezpośrednio na torebce Wydana przez producenta deklaracja zgodności: ISO 11607, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003/AC:2009; EN 868 cz 3, 5. Wymiar 30x50 cm		710	szt						
4	Torebki ochronne z zamknięciem samoprzylepnym, pozwalające na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych. Znak CE umieszczony wyłącznie na opakowaniu zbiorczym i etykiecie, zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Wyklucza się umieszczenie znaku CE bezpośrednio na torebce Wydana przez producenta deklaracja zgodności: ISO 11607, ISO 9001:2000, ISO 13485:2003/AC:2009; EN 868 cz 3, 5. Wymiar 40x55 cm		710	szt						

5	Test biologiczny, ampulkowy do sterylizacji parą wodną, zawierający spor bakterii Geobacillus stearothermophilus odczyt po 10 godzinach inkubacji. Spełniające Normę EN 867-3. W zestawie inkubator do ww testów.		710	szt						
6	Emulator klasa VI, para 134 C – 7 min, 121 C – 20 min. Pakowany po 250 szt.		3 500	szt						
7	Testy paskowe B&D z przesuwalną substancją wskaźnikową. Oznaczenie normy na każdym wskaźniku. W zestawie przyrząd – tuba PCD kompatybilna z w/w testami z możliwością wykorzystania w innych procesach jako przyrząd kontroli wsadu. Pakowane po 100 szt.		1 200	szt						
8	Zintegrowany test chemiczny typ 5 w formie paska samoklejącego o wymiarach 10 cm x 2 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014,- na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o kolorze referencyjnym, normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności i produkcji,- zmiana koloru wskaźnika z różowego na c- wielkość opakowania 250 szt, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD Control		3 500	szt						
Razem:						X			X	X

Podpis Wykonawcy