



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZODK/16/25/28

Oborniki, dnia 10.07.2025r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZOD/16/25

Dot. postępowania w trybie zapytania ofertowego na: **Zadanie nr 2: „Dostawa sprzętu dla POZ: aparat EKG mobilny – powtórka II”**, ogłoszonego w dniu 07.07.2025r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pytanie 1. Pkt 4.: Czy Zamawiający dopuści do postępowania EKG z pamięcią min. 100 badań w pamięci flash i 10.000 badań na standardowej karcie SD 8GB ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2. Pkt 14-17: Czy Zamawiający dopuści do postępowania EKG bez możliwości synchronizacji wielu aparatów, bez modułu zdalnego serwisu, bez bezprzewodowego modułu transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografu, bez szyfrowania danych przechowywanych w aparacie ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Pkt 18: Standardowo aparaty EKG są dedykowane do wykonania badań u każdego rodzaju pacjenta dorosły / dziecko itp. , zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 18 zał. Nr 3. Na czym ma polegać i jakie funkcjonalności oferować powinien aparat EKG względem pracy z pacjentami o wysokim stopniu niepełnosprawności („disabled ready”) ?

Odpowiedź: Aparat ma posiadać możliwość bezproblemowego wykonania badania u pacjentów w różnych warunkach klinicznych, np. na noszach lub wózku inwalidzkim.

Pytanie 4. Pkt 20: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG bez portu HDMI ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Pkt 22: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG z obsługą oprogramowania do zarządzania danymi EKG, protokół HL7 / FTP/ DICOM, oraz możliwością podłączenia ze szpitalnymi systemami HIS, EMR, PAC i obsługą raportów w formacie BMP, JPG, PDF, DICOM, SCP-ECG, FDA-xml. ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Pkt 23: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG z interfejsem: WI-FI/LAN, USBx2, KARTA SD, możliwością podpięcia myszki komputerowej, klawiatury, czytnika kodów kreskowych lub drukarki laserowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Pkt 24: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG z czasem pracy na baterii: do 6h ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Pkt 26: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG o wadze max 4,5 kg ? Wspomniana waga niewiele się różni od wymaganej 3,2 kg a urządzenie spoczywa na specjalnie dedykowanym stoliku przejezdny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Pkt 27: Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny aparat EKG bez blokady ekranu dotykowego bez konieczności wyłączania aparatu celem dezynfekcji urządzenia ? Podczas badania EKG, aparat rejestruje sygnały elektryczne z serca, a dane te są wyświetlane na ekranie urządzenia. Ważne jest, aby podczas badania nie dotykać ekranu aparatu ani nie zmieniać jego ustawień.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10. Czy Zamawiający będzie wymagał do aparatu EKG dedykowanego stolika jezdnego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga stolika jezdnego. Wskazuje na to opis przedmiotu zamówienia – aparat EKG mobilny.

ZMIANY ZAPISÓW SWZO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZO. Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. W załączniku nr 3 do SWZO pkt 1 jest:

1	Lampa zabiegowa, fabrycznie nowa, wyprodukowana min. 2025r. Nazwa typ Producent.....	TAK/PODAĆ	
---	--	-----------	--

Powinno być:

1	Aparat EKG mobilny , fabrycznie nowa, wyprodukowana min. 2025r. Nazwa typ Producent.....	TAK/PODAĆ	
---	---	-----------	--

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

SWZO

**WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I
NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

